

Kalibreringsavtal.

Mellan **Entomed MedTech AB**, fortsättningsvis kallad Säljaren, och nedanstående köpare, fortsättningsvis kallad Kunden, har tecknats avtal om årlig kalibrering av Kundens apparater enligt förteckning på följande sida.

Avtalet är ett löpande avtal. Uppsägning av avtalet skall vara Säljaren tillhanda senast 3 (tre) månader innan nästkommande kalibreringstillfälle.

Vid den årliga kalibreringen utförs följande åtgärder:

- Kontroll av apparatens programversion samt, för Entomed-producerade audiometrar, uppgradering till senaste version om apparaten har en äldre version än den i nyproduktionen aktuella
- Kontroll, och vid behov byte, av hörtelefonernas gummikuddar (endast audiometer)
- Kontroll av huvudbygels tryckkraft (endast audiometer)
- Kontroll av hörtelefonkabeln/probekabeln med avseende på eventuella skador
- Kontroll av läckströmmar och jordimpedans (elsäkerhetstest)
- Kontroll av ljudtrycksnivån i hörtelefonerna/proben, och vid behov justering till en avvikelse på mindre än 1 dB (tillåtet enligt standard 3 dB)
- Kontroll av frekvensnoggrannhet
- Kontroll av distorsion (tonens renhet)
- Kontroll av noggrannheten i nivåkontrollens nivåsteg
- Kontroll av det tryck pumpen applicerar i hörselgången (endast tympanometer)
- Kontroll av läckage i trycksystemet (endast tympanometer)
- Kontroll av nätkabel med avseende på eventuella skador
- Kontroll av svarsknappen med avseende på funktion och ev. skador (endast audiometer)
- Kontroll av eventuell dämpkåpas tätningringar (endast audiometer)
- En etikett där det framgår när nästa kalibrering skall ske klistras på en väl synlig plats på apparaten.

Kalibreringen utförs i ett rum hos Säljaren där klimatet med avseende på temperatur, luftfuktighet, lufttryck och störande omgivningsljud är kontrollerat, och ligger inom de i, vid varje tillfälle gällande, internationella standarder föreskrivna.

Säljaren bevakar tiden för kalibrering och skickar, några veckor innan tiden för nästa kalibrering infinner sig, ett meddelande till Kunden. I detta brev medföljer en adresslapp samt instruktioner hur apparaten skall packas och kontaktuppgifter till den speditör Säljaren valt att anlita. I samband med att apparaten åtgärdas hos Säljaren debiteras årets kalibrering per 30 dagar netto, tillsammans med eventuellt erforderligt material. I priset för avtalet ingår arbetspunkterna enligt ovan samt frakt till Säljaren och tillbaka till Kunden. Eventuellt material ingår inte.

Apparaten kalibreras och returneras till kunden senast 5 arbetsdagar efter att apparaten ankommit Säljarens verkstad om inget annat avtalats (t.ex. skolaudiometer som sänds in under sommarlovet), med undantag för semestertider.

Skulle något funktionsfel upptäckas vid kalibreringstillfället åtgärdas detta i samband med kalibreringen. Mindre fel åtgärdas utan att kunden kontaktas innan, men om felet skulle medföra någon större kostnad kontaktas kunden innan åtgärden utförs. Fel som åtgärdas i samband med den avtalade årliga kalibreringen debiteras enligt gällande prislista minus 20 %.



Skulle funktionsfel uppkomma i apparaten vid annat tillfälle än i samband med det avtalade kalibreringstillfället kan adresslappar för förbetald transport till Säljaren beställas av denne, denna transport debiteras dock i efterhand till självkostnadspris. Sådan reparation debiteras enligt gällande prislista minus 10 %.

Apparater som omfattas av ovanstående avtal:

Apparattyp	Modell	Serienummer	Senast kalibrerad

Underskrifter:

Datum:

För **Entomed MedTech AB**

För

Jan Holmerup